

 indofarma	Daftar Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Uji Sterilitas Laboratorium Mikrobiologi		No	: DPM010
			Revisi	: 00
			Berlaku	: 20 MAY 2021
			Paraf	: 

1. Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Uji Sterilitas Laboratorium Mikrobiologi

No.	Nama Ruangan	No. Ruangan	Kelas Ruangan	Sampel udara (Cawan Papar dan Slit to Agar)		Cawan Kontak		Sarung tangan lima jari		Pakaian Personil	
				Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi	Frekuensi	Kondisi

1	LAF	-	A	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional
2	Background LAF	-	B	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional	Setiap bets	Operasional
3	Personal Airlock 6	-	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
4	Change room B	-	B	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
5	Personal Airlock 5	-	C	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-
6	D-Off Shoes	-	D	Setiap Minggu	Operasional	Setiap Minggu	Operasional	-	-	-	-


Ket : Jika tidak ada pengujian sampel, maka pemantauan ruangan uji sterilitas dilakukan setiap minggu

2. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	20 MAY 2021	1. Daftar ini merupakan pengganti dokumen sebelumnya Jadwal Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Uji sterilitas Mikrobiologi No JPM 003 dengan perubahan pada ketentuan penomoran

 indofarma	Daftar Pemantauan Mikrobiologi Ruangan Uji Sterilitas Laboratorium Mikrobiologi	No	: DPM010
		Revisi	: 00
		Berlaku	: 20 MAY 2021
		Paraf	: 

3. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		11 MEI 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		11 MEI 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		11 MEI 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		11 MEI 2021

