INDOFARMA	**Catatan Hasil Kalibrasi Internal** *Internal Calibration Note* ***Bonding Strength dan Sealing Strength Tester***	**No.** : F-PM-01-25 **Rev.** : 00 **Berlaku /** *Date* : 3 September 2014

No. Fasilitas / *Facility No.*	:
No. Kode Kalibrasi / *Calibration Code*	:
Merek / *Brand*	:
Tipe / *Type*	:
No. seri / *Serial Number*	:
Kapasitas / *Capacity*	:
Lokasi dan Bidang / *Location & Dept.*	:
No, Protap Cara Kalibrasi / *SOP*	:
Kalibrator yang digunakan / *Calibrator*	:
Tgl Kalibrasi Kalibrator / *Cal. date of Calibrator*	:
Tgl Rekalibrasi kalibrator / *Recal. date of Calibrator*	:
Suhu ruangan / *Room Temp.*	:
Kelembaban ruangan / *RH*	:
Nama Petugas / *Name*	:

Berat Anak Timbangan / *Weights set*

	Standard (g)	***Range (g)***
1,	100	99.90 - 100.10
2,	200	199.80 - 200.20
3,	400	399.60 - 400.40
4,	600	599.40 - 600.60
5,	800	799.20 - 800.80
6,	1000	999.00 - 1001.00
7,	1250	1248.75 - 1251.25
8,	1500	1498.50 - 1501.50
9,	1750	1748.25 - 1751.75
10,	2000	1998.00 - 2002.00

Tanggal / *Date*	**Pembacaan pada /** *Reading at:*										**Kesimpulan/** *Conclusion*	**Tandatangan /** *Signature*	
	Berat *Weight 1*	**Berat** *Weight 2*	**Berat** *Weight 3*	**Berat** *Weight 4*	**Berat** *Weight 5*	**Berat** *Weight 6*	**Berat** *Weight 7*	**Berat** *Weight 8*	**Berat** *Weight 9*	**Berat** *Weight 10*			
Rata-rata / *Average*													
Dalam batas Penyimpangan/ *In range *)*												.....	*Asst. Manager*

*Ket. / Note: *) Diisi Ya atau Tidak / Fill with Yes or No*