

	<b>Catatan Hasil Kalibrasi Internal Spectrofotometer Perkin Elmer</b>	No. : F-PM-01-67
		Rev. : 00
		Berlaku : 3 September 2014

No. Fasilitas :	Kapasitas :
No. Kode Kalibrasi :	Lokasi :
Merek :	Bidang :
Tipe :	No. Protap Cara Kalibrasi :
No. Seri :	Nama Petugas :

Kalibrator yang digunakan	Tanggal kalibrasi Kalibrator	Tanggal recalibrasi Kalibrator

Suhu ruangan : °C  
Kelembaban ruangan : %RH

Tanggal Kalibrasi :

No.	Parameter	Hasil	Syarat	Kesimpulan	Paraf Petugas	Paraf Asman
1	<i>Wavelength Accuracy D2</i>		656,1 ± 0,3 nm			
			486,0 ± 0,3 nm			
2	<i>Baseline stability</i>		PASS (Max, 0,0010 A)			
3	<i>Noise</i>		PASS (Max, 0,000050)			
4	<i>Absorbance Zero Stability</i>		PASS (Max, 0,0015 A/H)			
5	<i>Stray light pada 220 nm</i>		0,05 %T			
6	<i>Stray light pada 340 nm dan 370 nm</i>		0,05 %T			
			0,05 %T			
7	<i>Wavelength Accuracy menggunakan Filter nm</i>		401,1 ± 1 nm			
			527,2 ± 1 nm			
			785,9 ± 1 nm			