indofarma	Formulir Pemantauan Suhu dan Tekanan Selama Proses Sterilisasi	No. : FST1035 Revisi : 00 Berlaku : 27 Agu 2018 Hal. : 1 / 1

Bidang : Produksi	Seksi : Steril	Otoklaf :	No. Fasilitas :	Bulan : .....

No	Nama Produk	No. Bets	Siklus	Waktu	Suhu (°C)						Tekanan (bar)	Paraf Operator	Keterangan
					TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6			

Syarat : Suhu 119 - 124 °C, Tekanan 1,2 Bar

Keterangan :

- TC : Thermocouple
- Pencatatan dilakukan selama proses sterilisasi setiap 5 (lima) menit

Bekasi,.....

Supervisor Pengolahan Steril Non Cephalosporin