indofarma	Log Book Penggunaan Filter Udara (Hidrofob) Emflon® PFR	No : FST1040 Revisi : 00 Berlaku : 29 Jul 2019 Hal. : 1 / 1

No Filter : ..... ***Use Before*** : .....

No	Tgl	Nama Produk	No. Bets	P. Inlet	P. Outlet	ΔP (syarat : < 4,1 bar)	Hasil WIT (syarat : < 4,2 mL / 10 menit)	Paraf

Diperiksa oleh,

(Supervisor Produksi Steril)