| indofarma | Log Book Penggunaan Filter Udara (Hidrofob) Midisart® 2000 | No : FST1041<br>Revisi : 00<br>Berlaku : 29 Jul 2019<br>Hal. : 1 / 1 |
|---|---|---|

**No Filter** : ..... ***Use Before*** : .....

| No | Tgl | Nama Produk | No. Bets | Hasil Bubble Point (syarat : min. 1,1 bar) | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Diperiksa oleh,

(Supervisor Produksi Steril)