indofarma	Log Book Penggunaan Filter Air (Hidrofil)	No : FST1050 Revisi : 00 Berlaku : 10 Jan 2023 Hal. : 1 / 1

No Filter : ..... ***Use Before*** : .....

No	Tgl	Nama Produk	No. Bets	P. Inlet	P. Outlet	ΔP (syarat : < 3 bar)	Hasil Bubble Point Test (syarat : min 3,2 bar)	Paraf

Diperiksa oleh,

(Supervisor Produksi Steril)