

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Neraca Libror EB:330 HU	No : PPPC028
		Revisi : 01
		Berlaku : 18 OCT 2018
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

#### 2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian Neraca Libror EB:330 HU.

#### 3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Asman IPC dan Pengujian Produk & Supervisor IPC.

#### 4 Prosedur

- 4.1 Pastikan timbangan dalam kondisi terkalibrasi dan sudah dilakukan verifikasi harian.
- 4.2 Atur *water pass* timbangan dalam keadaan tepat di tengah, dengan memutar sekrup pada 2 kaki bagian depan neraca.
- 4.3 Hubungkan alat dengan sumber listrik 220 V. listrik tidak boleh dimatikan, jika dimatikan harus verifikasi ulang.
- 4.4 Tekan tombol *ON* (fungsi elektronik pada display menyala).
- 4.5 Setarakan timbangan menjadi posisi nol dengan menekan tombol *TARE*.
- 4.6 Masukkan cawan petri dan timbang produk yang diinginkan.
- 4.7 Baca hasil penimbangan pada display atau cetak dengan menekan tombol *print* pada *printer*.
- 4.8 Matikan neraca dengan menekan tombol *OFF*.
- 4.9 Bersihkan piring timbangan dengan kuas yang telah tersedia segera setelah selesai penimbangan.
- 4.10 Catat aktifitas pada log book.

#### 5 Pustaka

Operational Manual Book Neraca Libror EB:330 HU

#### 6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	18 OCT 2018	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada <i>header</i> 3. Perubahan pada kode bidang 4. Perubahan pada prosedur penambahan pada point : 4.1 dan 4.3 Untuk memastikan timbangan telah terkalibrasi dan dilakukan verifikasi jika arus listrik dimatikan. 4.10 Catat aktifitas pada log book



#### 7 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Neraca Libror EB:330 HU	No : PPPC028
		Revisi : 01
		Berlaku: <b>18 OCT 2018</b>
		Paraf : 

8 **Distribusi**  
 Bidang Pengawasan Mutu

9 **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor IPC	AM		18 OKT 2018
Diperiksa oleh	Asman IPC & Pengujian Produk	AM		18 OKT 2018
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		18 OKT 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM		18 OKT 2018

10 **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	04 NOV 2020		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	04 Nov 2020		protap masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu	01 Sep 2022		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	05 Sep 2022		masih sesuai