INSTRUKSI KERJA	Nomor : QUC03-P318 Rev 00	
Cara Pengoperasian *Refrigerator*		
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf:

indofarma
Member of Biofarma Group

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 Sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 Sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 Sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 Sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait :		

Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai	☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control	Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance	Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :		
Tanggal dokumen tidak berlaku :		

INSTRUKSI KERJA	Nomor : QUC03-P318 Rev 00	
Cara Pengoperasian *Refrigerator*		
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf:

indofarma
Member of Biofarma Group

1 **Tujuan**

Agar setiap pemakai menggunakan alat dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 **Cakupan**

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat *Refrigerator* merek *National NR-B22AF*

3 **Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi

4 **Prosedur**

4.1 Pastikan alat ukur suhu terkalibrasi.
4.1 Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V.
4.2 Atur suhu menjadi antara 2-8 °C, pada *temperature* kontrol (terdapat pada bagian dalam alat)
4.3 Masukkan barang-barang yang akan disimpan setelah suhu mencapai *temperature* yang dikehendaki.
4.4 Matikan alat apabila tidak akan digunakan lagi untuk menyimpan dengan cara melepaskan steker dari stop kontaknya.
4.5 Bersihkan alat dengan menggunakan lap bersih dan matikan alat setelah selesai penggunaan.

5 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan.
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian *Refrigerator* No.PPM060 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen.

6 **Tinjauan Ulang**

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance

7 **Distribusi**

7.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control